

Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 1 of 2

| | |
|--|--|
| Part Number <i>Teilnummer / Référence / Codice Prodotto / Número de pieza / Número da peça</i> | 5020T-100 |
| Description <i>Bezeichnung / Description/ Descrizione / Descripción / Descrição</i> | Sampling Tube PTFE - 100m |
| Material <i>Werkstoff / Matériau / Materiale / Material / Material:</i> | PTFE Polytetrafluoroethylene <i>Polytetrafluoräthylen / Polytetrafluoroéthylène / Politetrafluoroetilene / Politetrafluoroetileno / Politetrafluoretileno</i> |
| Date <i>Datum / Date / Data / Fecha / Data:</i> | 05 June 2023 |

English

- We confirm that the tube is manufactured from PTFE which conforms to FDA 21 CFR 177.1550
- The nominal length of the tube is 100m, the Inner Diameter is 6mm and the Outer Diameter is 8mm
- The information detailed above has been given to us by our suppliers, it is passed on in good faith and is to the best of our knowledge correct.

Deutsch

- *Wir bestätigen, dass die Artikel aus PTFE, das FDA 21 CFR 177.1550 entspricht, hergestellt sind.*
- *Die nominale Länge des Rohres ist 100 m, der Innendurchmesser 6 mm und der Außendurchmesser 8 mm.*
- *Die obenstehenden Informationen wurden uns von unseren Zulieferern mitgeteilt und werden in Treu und Glauben nach unserem jüngsten Wissensstand weitergeleitet.*

Français

- *Nous certifions que les articles sont fabriqués à partir de PTFE conforme à la norme FDA 21 CFR 177.1550.*
- *La longueur nominale du tube est 100 mm, le diamètre intérieur est 6 mm et le diamètre extérieur est 8 mm.*
- *Les informations mentionnées ci-dessus ont été données par nos fournisseurs, elles sont transmises en bonne foi et, au meilleur de notre connaissance, sont exactes..*

Italiano

- *Si conferma che la merce è prodotta in PTFE certificata da FDA 21 CFR 177.1550*
- *La lunghezza nominale del tubo è di 100m, il diametro interno è di 6mm e il diametro esterno di 8mm.*
- *Le informazioni sopra ci sono state fornite da i nostri fornitori, vengono trasmesse in buona fede e in base alle nostre conoscenze.*

Español

- *Confirmamos que las mercancías están fabricadas con PTFE que se ajusta a la FDA 21 CFR 177.1550*
- *La longitud nominal del tubo mide 100 metros, el diámetro inferior 6 mm y el diámetro exterior 8 mm.*
- *La información detallada más arriba nos ha sido facilitada por nuestros proveedores, la transmitimos de buena fe y la consideramos correcta a nuestro mejor saber y entender.*

Português

- *Confirmamos que os produtos são fabricados a partir de PTFE que está em conformidade com FDA 21 CFR 177.1550*
- *O comprimento nominal do tubo é de 100 m, o diâmetro interior é de 6 mm e o diâmetro exterior de 8 mm.*
- *A informação acima foi fornecida a nós pelos nossos fornecedores, a informação transmitida é boa fé e é o melhor do nosso correcto conhecimento.*



Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 2 of 2

For and on behalf of Sampling Systems Ltd.

*Für und im Namen von Sampling Systems Ltd.
Pour et au nom de Sampling Systems Ltd.
Da e per conto di Sampling Systems Ltd.
En nombre y por cuenta de Sampling Systems Ltd.
Por e em nome de Sampling Systems Ltd.*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kuldeep Flora".

Kuldeep Flora
Quality Manager

This certificate is valid for 3 years from the date given above. Download the most recent certificate at: www.sampling.com/certificates
Diese Bescheinigung gilt für 3 Jahre ab dem obenstehenden Datum. Laden Sie die jüngste Bescheinigung herunter von: www.sampling.com/certificates
Ce certificat est valable 3 ans à compter de la date indiquée ci-dessus. Téléchargez le certificat le plus récent à l'adresse: www.sampling.com/certificates
Questo certificato è valido per 3 anni dalla data indicata sopra. Scarica il certificato più recente da: www.sampling.com/certificates
Este certificado es válido durante 3 años a partir de la fecha especificada más arriba. Descargue el certificado más reciente en: www.sampling.com/certificates
Este certificado é válido por 3 anos a partir da data indicada acima. Faça o download do certificado mais recente em: www.sampling.com/certificates
